

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR)
งานประกวดราคาซื้อ เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล
(Molecular Distillation Equipment ,Feed rate ๐.๑.-๔ L/HR)
จำนวน ๑ เครื่อง

๑. ความเป็นมา

คณะกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน ๑,๕๒๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นหกพันบาทถ้วน) เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment, Feed rate ๐.๑-๔ L/HR) ของโครงการเพิ่มคุณภาพและมูลค่าให้กับสารสกัดสำคัญในวัตถุติดทางการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครุภัณฑ์เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล (Molecular Distillation Equipment, Feed rate ๐.๑-๔ L/HR) สามารถนำมาใช้งานในการกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลที่ใช้เวลาในการกลั่น และควบแน่นเร็วกว่าเครื่องกลั่นแบบเดิม ทำงานในสภาพแวดล้อมดันต่ำหรือสูญญากาศ สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ท่ออุณหภูมิต่ำ ไม่ก่อให้เกิดการสลายตัวหรือทำลายสารสำคัญ เครื่องมือดังกล่าวมีส่วนช่วยในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน งานวิจัย และการบริการวิชาการของคณะกรรมการเกษตร ที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อใช้งานในการกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล ภายใต้การควบแน่นในสภาพแวดล้อมดันต่ำหรือสูญญากาศ สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ท่ออุณหภูมิต่ำ โดยไม่ก่อให้เกิดการสลายตัวหรือทำลายสารสำคัญ
- ๒.๒ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย
- ๒.๓ เพื่อใช้บริการวิชาการที่ตอบสนองผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งไว้ยังชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิตบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ
- ๓.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และหรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัน/ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- ๓.๔ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารที่หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข็นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเข่นก่อนบัน្ត



- ๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
- ๓.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
- ๓.๗ คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
- ๓.๘ ผู้ประسังค์จะเสนอราคาน้ำที่ได้รับการคัดเลือก ต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๔

๔. คุณลักษณะทั่วไป

เป็นเครื่องที่สามารถกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลภายใต้การควบแน่นในสภาพความดันต่ำหรือสูญญากาศ สามารถแยกสารบริสุทธิ์ได้ที่อุณหภูมิต่ำ โดยไม่ก่อให้เกิดการสลายตัวหรือทำลายสารสำคัญ เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลสามารถทำงานได้ต่อเนื่อง โดยมีอุปกรณ์ประกอบหลักดังนี้

๔.๑ ชุดไอลิเวียนของเหลวหรือป้อนตัวอย่างเข้าเครื่องกลั่น	จำนวน ๓ ชุด
แยกสารระดับโมเลกุล	
๔.๒ ปั๊มสูญญากาศสำหรับลดความดัน	จำนวน ๒ ตัว
๔.๓ ระบบการให้ความเย็นหมุนเวียน	จำนวน ๑ ชุด
๔.๔ คอลัมน์กลั่นแยกสาร	จำนวน ๒ ตัว
๔.๕ อุปกรณ์ให้ความร้อนคอลัมน์กลั่น	จำนวน ๓ ตัว
๔.๖ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล	จำนวน ๑ ชุด

๕. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๕.๑ มีขนาดบรรจุตัวอย่างสำหรับป้อนสารเข้าสู่คอลัมน์กลั่นแยกสารที่เป็นแบบถัง ๒ ขี้น ควบคุมอุณหภูมิโดยการหมุนเวียนน้ำร้อนเข้าสู่ถังด้านนอก ภาชนะบรรจุตัวอย่างมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒ ลิตร ทำจากแก้ว มีวาร์ล์ปรับการป้อนตัวอย่างเข้าเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลได้ในช่วง ๐.๑-๔ ลิตรต่อชั่วโมง
- ๕.๒ มีอ่างสำหรับควบคุมอุณหภูมิโดยสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียส แสดงค่าอุณหภูมิความละเอียดที่ ๐.๑ องศาเซลเซียส โดยแสดงค่าอุณหภูมิแบบตัวเลขดิจิตอล และมีปืนดูด-จ่ายเพื่อไอลิเวียนของเหลวที่อัตราการไหลได้ถึง ๓๕ ลิตรต่อนาที อ่างมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕ ลิตร จำนวน ๑ ชุด และอ่างขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด
- ๕.๓ มีมอเตอร์สำหรับหมุนผ่านกวาดพิล์มบางในคอลัมน์กลั่นแยกสารที่มีกำลังไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์ สามารถควบคุมความเร็วในการหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๔ ชุดการดูดพิล์มบางในคอลัมน์กลั่นแยกสารมีตัวแกนหมุนทำจากวัสดุสแตนเลส ทนการคัดกรอง



- ๕.๕ ปั๊มสูญญากาศสำหรับลดความดันระบบขณะใช้งาน จำนวน ๒ ตัว มีรายละเอียดดังนี้
- ๕.๕.๑ ปั๊มสูญญากาศขนาดกำลังวัตต์ไม่น้อยกว่า ๑ กิโลวัตต์ จำนวนอย่างน้อย ๑ ตัว โดยมีความเร็วในการหมุนได้ไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ รอบต่อนาที
- ๕.๕.๒ มีปืนชนิดพิฟวชั่น (diffusion pump) จำนวนอย่างน้อย ๑ ตัว เพื่อช่วยลดความดันสูญญากาศ
- ๕.๖ คอลัมน์กลั่นแยกสารทำจากแก้ว จำนวน ๑ ชุด มีรายละเอียดดังนี้
- ๕.๖.๑ คอลัมน์กลั่นแยกสารมีลักษณะเป็นผนัง ๒ ชั้น สำหรับควบคุมอุณหภูมิระบบหมุนเวียนโดยการหมุนเวียนน้ำร้อนเข้าสู่ถังด้านนอก
- ๕.๖.๒ ภายในคอลัมน์กลั่นแยกสารมีระบบน้ำหมุนเวียนสำหรับควบแน่นในตัว (internal condenser) ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้โดยการหมุนเวียนน้ำร้อนเข้าสู่ถังด้านนอก
- ๕.๖.๓ คอลัมน์กลั่นแยกสารมีภาชนะสำหรับเก็บสารที่กลั่นได้จากการแยกแก้วจำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ตัว โดยภาชนะสำหรับเก็บสารที่กลั่นแยกได้มีปริมาตรความจุอย่างน้อย ๕๐๐ มิลลิลิตร
- ๕.๗ มีคอลัมน์สำหรับระบบควบแน่นภายนอก (external condenser) ที่เชื่อมต่อกับระบบการให้ความเย็นหมุนเวียน โดยคอลัมน์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๘๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐๐ มิลลิเมตร
- ๕.๘ มีระบบการให้ความเย็นหมุนเวียนจำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๔ องศาเซลเซียส ถึง อุณหภูมิห้อง มีอัตราการหมุนเวียนไม่น้อยกว่า ๑๐ ลิตรต่อนาที ระบบการให้ความเย็นหมุนเวียนมีล้อพร้อมตัวล็อก
- ๕.๙ มีระบบดักไอ (cooling trap) ก่อนเข้าปั๊มสูญญากาศ โดยมีภาชนะพร้อมช่องสำหรับใส่สารให้ความเย็นที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ภาชนะมีความจุอย่างน้อย ๕๐๐ มิลลิลิตร พร้อมติดตั้งภาชนะเก็บตัวอย่างที่มีความจุไม่น้อยกว่า ๘๐๐ มิลลิลิตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ตัว
- ๕.๑๑ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลสามารถควบคุมความดันในระบบการกลั่นแยกสารได้ถึง ๑ พาสคาล ก่อนที่จะป้อนตัวอย่างเข้าไปในคอลัมน์กลั่นแยกสาร
- ๕.๑๒ เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลสามารถแสดงค่าความดันภายในระบบการกลั่นแยกสารอย่างน้อย ๑ จุด โดยแสดงเป็นตัวเลขดิจิตอล และสามารถเลือกหน่วยความดันได้อย่างน้อย ๓ หน่วย คือ ทอร์ (torr) มิลลิบาร์ (mbar) และ ปาสคาล (Pa)
- ๕.๑๓ เครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลสามารถแสดงค่าอุณหภูมิของไออกซิเจนกลั่นแยกสารได้เป็นตัวเลขดิจิตอล และสามารถควบคุมอุณหภูมิของอ่างให้ความร้อนได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ องศาเซลเซียสพร้อมแสดงค่าอุณหภูมิเป็นตัวเลขดิจิตอล
- ๕.๑๔ ชุดควบคุมการทำงานของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลมีระบบการตัดการทำงานเมื่อกระแสไฟฟ้าเกินกำหนดได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
- ๕.๑๕ ระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นแบบ ๓๘๐ โวลท์ ๕๐ เฮิร์ซ มีอุปกรณ์ประกอบและติดตั้งพร้อมเดินสายไฟให้สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าของหน่วยงานที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
- ๕.๑๖ อุปกรณ์ประกอบของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลที่ทำการติดตั้งพร้อมเดินสายไฟให้สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าของหน่วยงานที่มีอยู่ได้เป็นอย่างดี
- ๕.๑๗ โครงสร้างและฐานของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุล ทำจากสแตนเลส หรือวัสดุที่ดีกว่า และมีล้อพร้อมตัวล็อก



๔.๑๙ ตัวยึด และตัวจับอุปกรณ์ของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง และไม่เป็นสนิม

๔.๒๐ สายยาง สายท่อของคอลัมน์กลั่นแยกสารระดับโมเลกุลทำจากวัสดุที่มีความร้อนสูงและทนการกัดกร่อน

๔.๒๐ เมื่อติดตั้งแล้วจะต้องทำงานได้ทันที และทำงานได้เป็นอย่างดี โดยไม่ต้องจัดหาอุปกรณ์อื่นๆ เพิ่มเติมอีก

๔.๒๑ อุปกรณ์ของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลต้องที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือเทียบเท่า หรือมาตรฐานอื่นที่สำคัญมอร์บ

๔.๒๒ บริษัทผู้เสนอต้องมีเอกสารแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต หรือตัวแทนนำเข้าโดยตรง เพื่อประโยชน์ในการบริการหลังการขาย พร้อมทั้งบริษัทผู้ผลิตเครื่องต้องได้รับรอง มาตรฐานสากลด้านการจัดการ ISO ๙๐๐๑ เพื่อให้บริการด้านอะไหล่และการดูแลรักษาเครื่อง

๔.๒๓ จะต้องฝึกอบรมการใช้เครื่องให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องจนกว่าจะใช้งานได้จริงโดยเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญที่ผ่านการฝึกอบรมจากบริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม (โดยสามารถนัดหมายภายหลังการตรวจรับเสร็จสิ้นได้)

๔.๒๔ มีการบำรุงรักษาเครื่องพร้อมอบรมอย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้งโดยบริษัทผู้ขายเป็นผู้จัดทีมช่างเข้ามาดูแลรักษา และให้การอบรม

๔.๒๕ มีผลงานการขายและติดตั้งเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า ๒ แห่ง

๔.๒๖ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย ๒ ชุด

๔.๒๗ รับประกันคุณภาพเครื่องมืออย่างน้อย ๒ ปี และมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่ของเครื่องกลั่นแยกสารระดับโมเลกุลไม่น้อยกว่า ๕ ปี โดยหากเครื่องมือเกิดปัญหามิ่งสามารถทำงานได้ปกติ ทางบริษัทจะต้องส่งซ่อมผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบโดยทันทีในระยะเวลาไม่เกิน ๗ วันทำการเมื่อผู้จัดซื้อร้องขอ และต้องดำเนินการซ่อมแซมทำให้เครื่องมือใช้งานได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ วันทำการนับตั้งแต่วันที่มาตรวจนสอบ ยกเว้นกรณีจำเป็นต้องส่งซ่อมอะไหล่จากต่างประเทศ ซึ่งต้องดำเนินการให้เครื่องสามารถใช้งานได้ปกติภายในระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วันทำการนับตั้งแต่วันที่มาตรวจนสอบ หรือตามระยะเวลาที่ผู้จัดซื้อและผู้จำหน่ายตกลงกัน

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ (วัน)

ภายใน ๑๘๐ วัน

๗. ระยะเวลาส่งมอบของห้องงาน (วัน)

จะต้องจัดส่งของภายใน ๑๘๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว

๘. วงเงินในการจัดหา

๑,๗๒๖,๐๐๐ บาท

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา




๑๐. สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๑๕๕ หมู่ ๒ ต.แม่เทียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๐๐
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๘๔๔๒๐๘

ขอรับรองว่าการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙ การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินกิจกรรมทางวิชาชีพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายได้รายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่
พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมีที่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ เนียมชาติ) 

ลงชื่อ.....
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนา ม่วงรัตน์) 

ลงชื่อ.....
(นายเสถียร บุญก้ำ) 

๕-๔

